MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-309	PS/JMP/68724

PRODUCTO

- Cánula de inserción del clavo, elástica SPI 8-13, referencia 18061407S
- Cánula de inserción del clavo, elástica SPI 8-11, referencia 18061406S

Nº LOTE

K03CC50 y K03CC4F

FABRICANTE

Stryker Trauma GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Stryker Iberia SL. C/ Sepúlveda 17. 28108, Alcobendas, Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y n^{os} de lote de las cánulas elásticas de inserción de clavos SPI 8-13 y SPI 8-11, debido a que presentan un diámetro interior incorrecto, diferente al especificado en la etiqueta de la caja exterior, lo que podría dar lugar a daños en el paciente durante la cirugía.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G 7 3 W V 2 2 7 4 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89