MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-322	PS/TS/68671

PRODUCTO
Tijeras curvas Metzenbaum, número de modelo EI-330S

FINALIDAD PREVISTA
Tijera curva Metzenbaum para cirugía endoscópica o laparoscópica

Nos LOTE
Ver nos de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Lagis Enterprise Co., Ltd., Taiwan

DISTRIBUIDOR
PRIM S.A. Calle Yolanda González (antigua Calle F) 15, Polígono Industrial 1 C.P. 28938 Móstoles (Madrid)

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de las tijeras curvas Metzenbaum fabricadas por Lagis Enterprise Co, modelo EI-330S, debido a la posibilidad de daño en las hojas de corte durante su montaje, lo que podría provocar la caída de limadura metálica en el campo quirúrgico y producir lesiones en el paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J K T P E 6 V 7 3 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89