MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-328	PS/AG/69016

PRODUCTO

Lámpara quirúrgica Q-flow

- modelo Q-Flow 6 520251
- modelo Q-Flow 6i 520252
- modelo Q-Flow 6 LCH 520253
- modelo Q-Flow 6i LCH 520254

Nº SERIE

desde 180831-153852 a 210101-164562

FABRICANTE

Merivaara Corporation, Finlandia

DISTRIBUIDOR

Insanex, S.L., Camino Bajo de Getafe, 3, Poligono Industrial Sevilla, 28946 Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos y números de serie de las lámparas quirúrgicas Q-flow, debido a que la cubierta de plástico podría estar agrietada y ocasionar la caída de fragmentos en el campo quirúrgico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C 5 2 7 D 9 9 D A 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89