DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-329	PS/AG/68957

PRODUCTO

Soporte del monitor Philips de la Interfaz Visual Digital (IVD) de fluoroscopía de Tomografía Computarizada Continua (TCC) con la opción de brazo de suspensión del techo.

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso las referencias y n^{os} de serie afectados.

FABRICANTE

Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica S.A.U., calle María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el soporte del monitor de fluoroscopía de TCC montado en el brazo de suspensión del techo para determinados productos TC, debido a un posible desgaste del mismo, lo que podría dar lugar al desprendimiento del soporte del brazo de suspensión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J L L 5 R C N 0 5 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89