MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-326	PS/JMP/68953
PRODUCTO Ventilador mecánico Evone, referencia 6000	
Nº SERIE Todos los que comienzan por el dígito "20": 20-xxxxxx	
FABRICANTE Ventinova Medical B.V., Holanda	
DISTRIBUIDOR IES Medical, Avd. Santa Ana 7, 2º piso, dpto 19, 48940 Leioa, Vizcaya	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie del ventilador mecánico Evone, referencia 6000, debido a un posible fallo en el inicio de la ventilación cuando se utiliza con suministros de presión de oxígeno o aire, superiores a 5 bar.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso de la empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L W P N J 2 3 C 6 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89