ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-324	PS/CGG/68664

PRODUCTO
Pack de columna (referencia 97056165-05), con el componente Cera ósea 903 de Surgical Specialties (referencia de Mölnlycke 2316563-00).

FINALIDAD PREVISTA
La cera ósea está diseñada para controlar el sangrado de las superficies óseas durante los procedimientos quirúrgicos.

Nº LOTE
21060831

FABRICANTE
Mölnlycke Health Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDORES
Mölnlycke Health Care S.L., Avenida de la Vega 15, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el lote 21060831 del Pack de columna de Mölnlycke, referencia 97053165-05, que contiene el componente Cera ósea 903 de Surgical Specialties, debido a que la fecha de caducidad del pack es posterior a la vida útil de la Cera ósea.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 R Q Y G T 6 F 3 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89