MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-337	PS/CH/69058
PRODUCTO Tubo endotraqueal reforzado Intube 7 mm, Modelo 8060070	
Nº DE LOTE 306062	
FABRICANTE Intersurgical Ltd., Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Intersurgical España S.L. Calle Plasencia 39, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid	
ASUNTO Cese de la utilización y retirada del mercado del lote 306062 del tubo endotraqueal reforzado Intube 7 mm, Modelo 8060070, debido a la posibilidad de que pueda desconectarse el conector, que se desprenda el pegamento del conector o el tubo se acode, provocando una obstrucción de la vía aérea, hipoxia u otras complicaciones asociadas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 W Z T 6 W 8 3 2 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89