ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-335	PS/AG/68725

PRODUCTO

- Jeringa para insulina con aguja fija Needle-Pro® hipodérmica Jelco® 28 G x 1/2" 1 ml, referencia 4428-1
- Jeringa para insulina con aguja fija Needle-Pro® hipodérmica Jelco® 29 G x 1/2" 1 ml, referencia 4429-1

Nº LOTE

- 4046543 y 4062235 (referencia 4428-1)
- 4014096, 4031846, 4031845, 4040734, 4043536, 4046545, 4046546, 4062239, 4062240, 4062238, 4062242 (referencia 4429-1)

FABRICANTE

Smiths Medical ASD, Inc., EEUU
fieldactions@smiths-medical.com

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de la jeringa para insulina con aguja fija Needle-Pro® hipodérmica Jelco®, debido a que tienen desviadas las marcas de graduación de la línea de números impares aproximadamente 20 grados hacia arriba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X Y D P 3 W T E 2 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89