DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-342	PS/AG/69148

PRODUCTO
Sistemas Centricity High Acuity Critical Care (CHA CC) y Centricity High Acuity Anesthesia (CHA A)

VERSION SOFTWARE
4.2 y superiores con la función de módulo de orden activada.

FABRICANTE
GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
GE Healthcare España, SAU, c/Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con un error de software con los sistemas Centricity High Acuity Critical Care y Centricity High Acuity Anesthesia, debido a que en determinadas circunstancias se podría mostrar una notificación de tarea atrasada para una tarea programada ya completada y documentada, pudiendo dar lugar a un tratamiento inadecuado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 W S J W 8 Y 7 D 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89