MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-344	PS/AG/68873

PRODUCTO
Cama de parto Affinity® 4 (P3700B/C/D/E) con sección para pies con elevación, fabricadas entre octubre de 2006 y diciembre de 2014

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
HillRom, EEUU

DISTRIBUIDOR
HillRom Iberia S.L., Torre Inibsa, Plaza Europa 9-11, planta 17, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las camas de parto Affinity® 4, fabricadas entre octubre de 2006 y diciembre de 2014, debido a la posibilidad de que la sección para pies se desacople durante su uso

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 S R B 9 N 5 4 6 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89