MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-354	PS/CGG/69384

PRODUCTO
Fundas de empuñadura de lámpara quirúrgica Medline, Referencias FLHC1 y FLHC2

FABRICANTE
Medline International France SAS, Francia

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U., Avda. Castilla 2, Edificio Munich, 28830 San Fernando de Henares, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con las fundas de empuñadura de las lámparas quirúrgicas Medline, debido a la posibilidad de que presenten áreas sin sellar en el envase estéril, o "canales", que podrían conducir a la pérdida de esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J K 2 5 Q Q 7 7 9 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89