MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-355	PS/AG/67786

PRODUCTO

- Calibre de aguja Ø 1 L80 /Ø 1.2 L120, referencia 3663165003513
- Calibre de aguja Ø 2.2 L230, referencia 3663165003520
- Calibre de aguja Ø 1.2 L80, referencia 3663165003704

FINALIDAD PREVISTA

Calibres utilizados para la implantación de tornillos F.A.S.T. de aleación de titanio.

FABRICANTE

SERF, Francia.

DISTRIBUIDOR

Jemed Importaciones, S.L. C/Lauaxeta Olerkari, 46C, Bajo B - 48100 Munguía, Vizcaya

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias de calibres de aguja gama EXTREMITES, debido a la posibilidad de que exista un problema de citotoxicidad en los calibres de aguja reutilizados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W 7 5 Q D 3 X B 5 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89