MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-352	PS/MJF/69048

PRODUCTO

- Grapadora ECHELON FLEX™ Powered Plus. Código de producto PSEE60A, Lote U94V47.
- Envases para procedimientos con grapadora ECHELON FLEX™ Powered Plus.

Ver códigos y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Ethicon Endo-Surgery LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR

Johnson & Johnson, S.A; Paseo de las Doce Estrellas, 5-7. 28042 Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado del lote U94V47 de la Grapadora ECHELON FLEX™ Powered Plus y de determinados códigos y lotes de envases para procedimientos que contienen esta grapadora, debido a que en algunos casos en la etiqueta del envase figura que son grapadoras de 60 mm, cuando en realidad son de 45 mm.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 K D P 7 W 2 7 7 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89