ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-357	PS/TS/68660

PRODUCTO
IndiGo Intuitive Drive Assistance
Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio para las camas eléctricas hospitalarias Arjo que permite la asistencia a la conducción

Nºs SERIE
Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
ArjoHuntleigh AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
Arjo Iberia S.L. Polígono Can Salvatella. C/Cabanyes, 1-7 C.P. 08210 Barberà del Valles (Barcelona)

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados modelos y nºs de serie del módulo de asistencia de conducción intuitiva IndiGo, para camas médicas Arjo, debido a la posibilidad de que el cable de alimentación se desgaste durante el uso, lo que podría producir lesiones en los pacientes o los cuidadores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa