MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-359	PS/CH/69343

PRODUCTO

Endocuff Vision

Modelo	Referencia
ARV110	E0420501
ARV120	E0420500
ARV130	E0420502
ARV140	E0420503

FINALIDAD PREVISTA

El Endocuff Vision está destinado a acoplarse al extremo distal de un colonoscopio para facilitar la terapia endoscópica.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Boddingtons, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

OLYMPUS IBERIA, S.A.U., Plaza Europa, 29-31 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados modelos y lotes de dispositivos Endocuff Vision, debido a la posibilidad de que exista un defecto en el sellado del envase que podría provocar la rotura de la barrera estéril.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N 9 L 7 X Q 7 D 7 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89