MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-373	PS/AG/69089
PRODUCTO Unidad de control de cámara EV3.0. Código del material PV630	
FINALIDAD PREVISTA Diseñada para su uso en endoscopia médica	
Nº SERIE Ver números de serie afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Aesculap AG, Alemania	
DISTRIBUIDOR B.BRAUN SURGICAL, S.A., Ctra. Terrassa, 121, 08191 Rubí-Barcelona	
ASUNTO Cese de utilización de determinados números de serie de la unidad de control de cámara EV3.0, debido a que lleva instalada una placa de circuito incorrecta que puede provocar daños de descarga electrostática (ESD),	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/06/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 Q 6 N N C C C 6 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89