MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-383	PS/AG/69940
PRODUCTO Implantes mamarios redondos Siltex, High Profile, Cohesive I™, código de producto 354-4150	
Nº LOTE 9522528	
FABRICANTE Mentor International, Países Bajos	
DISTRIBUIDOR Johnson & Johnson, Paseo de las Doce Estrellas, 5, 28042 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el lote 9522528 de los Implantes mamarios redondos Siltex, High Profile, Cohesive I™ debido a que pueden contener una hoja de adhesivos adicional con el código de producto (REF) y el número de lote (LOT) incorrectos además de la hoja adhesiva correcta	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E C C L Z V B 4 5 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89