MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-395	PS/CH/70058

PRODUCTO
Monitor/Desfibrilador Philips HeartStart Intrepid Modelo 867172

FABRICANTE
Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionada con la posibilidad de que el Monitor/Desfibrilador HeartStart Intrepid pueda provocar interferencias con otros equipos de monitorización si ambos se encuentran conectados a un paciente al mismo tiempo, y sólo si el Intrepid está conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna (CA), provocando un retraso en el diagnóstico y/o en la terapia del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 12/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E G K N 5 Z R 6 9 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89