MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-398	PS/SGS/68611
PRODUCTO Análogo de pilar cónico de la gama In-Kone, referencia DAIINK4.3N	
FINALIDAD PREVISTA Sustitución de la forma del pilar cónico en el modelo de trabajo.	
Nº LOTE A21020410	
FABRICANTE Global D, Francia	
DISTRIBUIDOR Global D, ZI de Sacuny 118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais, Francia	
ASUNTO Retirada del mercado del lote A21020410 del Análogo de pilar cónico de la gama In-Kone, referencia DAIINK4.3N, debido a un defecto del aterrajado del análogo que impide atornillar completamente el tornillo de prótesis, lo que puede provocar microespacios en la interfase.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V 7 D N K T J B A F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89