DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-408	PS/MTM/70023

PRODUCTO
PneumoDart, referencia TM 317

FINALIDAD PREVISTA
Aguja de punción pleural (toracocentesis) para casos de neumotórax.

FABRICANTE
TyTek Medical, EEUU.

DISTRIBUIDOR
ADARO Tecnología S.A., Parque Científico y Tecnológico de Gijón, Edif. ADARO, C/ Jimena Fernández de la Vega, 38, 33203 Gijón (Asturias).

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de la aguja de punción pleural PneumoDart, referencia TM 317, debido a que el producto no debe ser utilizado mientras se realizan compresiones torácicas activas y para identificar los riesgos potenciales de efectuar una descompresión con aguja.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K V S S 9 X 9 0 7 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89