MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-406	PS/MJF/70301
PRODUCTO Dispositivos de relleno y voluminizador de tejidos blandos Renú y Renú Voice	
Nº LOTE W008-00147, W008-00149 y X008-00150	
FABRICANTE Cytophil, Inc. EEUU	
DISTRIBUIDOR MedyGlobal Medical Devices, S.L; C/ Eras Nº 17, 28939 Arroyomolinos, Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de lote de Renú y Renú Voice, debido a que contienen la revisión 03 de las Instrucciones de Uso en lugar de la revisión 04 que incluye una precaución actualizada para aclarar el uso de agujas compatibles.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 Q L J Y T 3 D 1 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89