ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-405	PS/PRV/70024

PRODUCTO

Sensores de oxígeno Coopersurgical utilizados con las incubadoras G185 y G210 y cámara de trabajo G603.

Números de pieza: K22400-110, K22200-110, K22400-230, K22200-230, K59500, K59700, K60000, 3.641.831.153 y 3.641.832.153

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la Tabla 1 de la nota de aviso de la empresa. Adquiridos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 26 de abril de 2021

FABRICANTE

CooperSurgical Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Origio Medicult España SL, calle Platón nº 6, 08021, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y reemplazo de determinadas referencias y números de lote de los sensores de oxígeno Coopersurgical utilizados con las incubadoras G185 y G210 y la cámara de trabajo G603, debido a la posibilidad de que se muestren lecturas de salida que difieren de las medidas tomadas con un analizador de gas sin que la incubadora emita una alarma.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 K D 5 V 4 X D E 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89