MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-409	PS/TS/69407

PRODUCTO
Equipos de ventilación de la familia EVE: EVE IN, EVE TR, EVE NEO.
Ver referencias de productos afectados en la nota de aviso de empresa

FABRICANTE
Fritz Stephan GmbH, Alemania

DISTRIBUIDORES

- MatClinic S.L. Poligono Industrial L´Horta Vella Calle 5, nº 5. C.P. 46117 Betera (Valencia)
- Comercial Hospitalaria Grupo-3 S.L. Rua do Arroncal No. 9, Vial C, Nave 4C Parque Empresarial Porto do Molle C.P. 36350 Nigrán (Pontevedra)

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de determinadas referencias de los equipos de ventilación de la familia EVE, debido a la posibilidad de que se produzca una pérdida de presión positiva al final de la espiración (PEEP) cuando se activa la compensación del tubo (T-compensación).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y P R 4 A K 4 3 2 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89