MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-421	PS/AG/70088

PRODUCTO

- Filtro Pall Nanodyne ELD™, código de producto ELD96LLCE
- Filtro Pall Lipipor TNA™, código de producto TNA1E

FINALIDAD PREVISTA

Filtro eliminador de aire para la eliminación de partículas inadvertidas, contaminantes microbianos y sus endotoxinas asociadas, aire y la reducción de partículas de tamaño nanométrico que pueden encontrarse en soluciones destinadas a la administración intravenosa o subcutánea, y gotas de lípidos agrandadas en el caso de mezclas de nutrientes y emulsiones lipídicas.

Nº LOTE

Filtro Pall Nanodyne ELD™: 21-674 y 21-683
Filtro Pall Lipipor TNA™: 21-678, 21-716 y 21-727

FABRICANTE

Pall Medical, a Division of Pall International Sarl, Suiza

DISTRIBUIDOR

Sangüesa, S.A., Pasaje Mercurio, 4, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes del Filtro Pall Nanodyne ELD™, (código de producto ELD96LLCE) y Filtro Pall Lipipor TNA™, (código de producto TNA1E), debido a que los conectores luer macho pueden estar parcialmente ocluidos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 W C 8 Y X C 5 6 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89