MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-429	PS/MJF/70770

PRODUCTO
Generador del sistema para ablación de tejidos por microondas (MTA) Solero.
Nº de catálogo 12740000 y 12740000D

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

VERSION SOFTWARE
1.0.4 / 2.3.9 / 17

FABRICANTE
AngioDynamics, Inc., USA

DISTRIBUIDOR
Izasa Hospital S.L., Plaza de Europa 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software de determinados números de serie del Generador del sistema para ablación de tejidos por microondas (MTA) Solero, para reducir la incidencia del código de error “Error 0001” que podría producirse durante el inicio del sistema y que podría provocar un retraso en la realización del procedimiento/tratamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 F E 4 F C E 0 C 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89