MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-432	PS/AG/70760

PRODUCTO
Tiras reactivas de glucemia Accu-Chek® Aviva y Accu-Chek® Performa

FABRICANTE
Roche Diabetes Care GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Roche Diabetes Care Spain S.L.U., Av. Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con las tiras reactivas de glucemia Accu-Chek® Aviva y Accu-Chek® Performa, debido a la posibilidad de que el envase se abra dentro de la caja de cartón sellada durante el tránsito

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso para distribuidores y farmacias
- Nota de aviso para profesionales sanitarios
- Nota de aviso para pacientes
- Nota informativa PS, 24/2021

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/07/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B 2 E 3 T 8 7 0 7 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89