MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-443	PS/CGG/71078
PRODUCTO Alinity ci- series System Control Module, Ref. 03R70-01	
FINALIDAD PREVISTA Sistema integrado de bioquímica clínica e inmunoensayo.	
Nº SERIE Ver números de serie afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa	
VERSION SOFTWARE Versión 3.2.3 y anteriores	
FABRICANTE Abbott Laboratories, Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR Abbott GmbH, Max- Planck- Ring 2, 65205 Wiesbaden, Alemania	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización del software de los sistemas Alinity ci- series a la versión 3.3.0 debido a la detección de 3 posibles problemas de funcionamiento con la versión 3.2.3 y anteriores.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F B D D 2 N F F 8 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89