DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-451	PS/CH/71147
PRODUCTO SET PRISMAFLEX TPE2000, Código de producto 107144	
Nº LOTE 20B2325M	
FABRICANTE Baxter Healthcare SA, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Baxter S.L. Av. de Castilla, 2, Parque empresarial San Fernando. Edificio Londres, 28830 San Fernando de Henares, Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 20B2325M del Set Prismaflex TPE2000, Código de producto 107144, debido a la posibilidad de que el proceso de esterilización llevado a cabo por la empresa subcontratada no haya sido adecuado, por lo que no se puede garantizar la esterilidad de estos productos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q D Y N G K X 0 D A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89