DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-456	PS/MTM/71178
PRODUCTO Agujas para aspiración/biopsia de médula ósea Jamshidi™	
Nº LOTE Ver n^{os} de catálogo y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Carefusion, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva s/n, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados números de catálogo y lotes de la aguja para aspiración/biopsia de médula ósea Jamshidi™, debido a la posibilidad de que los envases presenten sellados abiertos lo que podría comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 X 2 K B Y Q 7 F 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89