ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-457	PS/PRV/70970

PRODUCTO
Válvula sin aguja BD SmartSite™

REFERENCIAS Y Nº LOTE AFECTADOS EN ESPAÑA
Ver referencias y números de lote afectados en el Apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
BD Switzerland Sàrl, Suiza

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 29750 San Agustín del Guadalix, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias y números de lote de la válvula sin aguja BD SmartSite™, debido a posibles problemas con el conector, lo que podría ocasionar dificultades para irrigar, problemas de flujo y oclusiones parciales o totales.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 G C N Q 5 V 5 6 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89