MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-462	PS/MTM/71383
PRODUCTO Protector dental PRODENT	
FINALIDAD PREVISTA Protección de la dentadura en procedimientos de intubación endotraqueal.	
Nº LOTE P062115	
FABRICANTE Ingeniería Médica S.L., C/Alicante 43, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla.	
DISTRIBUIDOR PRIM S.A., C/ Yolanda González nº 15, Polígono Industrial nº 1, 28938 Móstoles, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado del lote P062115 del protector dental PRODENT debido a la posibilidad de que la masilla rosa pueda despegarse de la coraza de polietileno translúcido durante su uso y caer en la boca del paciente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 K W G D A T 3 C 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89