MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-464	PS/PF/71458

PRODUCTO
Sistema RapID NF Plus, modelo R8311005.

NÚMEROS DE LOTE
158548, 143096, 158586, 168222 y 168235

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific - Microbiology Central Reporting, UK.

DISTRIBUIDOR
Distribuciones Industriales y Científicas S.L. (DICSA), Calle Albert Einstein 21 (Parque Científico Tecnológico), 04131 Almería, Andalucía.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del Sistema RapID NF Plus debido a la posibilidad de obtener una reacción positiva falsa en el pocillo NO_3 para ATCC 19606 (Acinetobacter baumannii ATCC™ 19606), ATCC 13253 (Elizabethkingia menigoseptica ATCC™ 13253) y el blanco (reactivo NF).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: N F B T W A R 8 F 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89