MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-467	PS/PF/71450

PRODUCTO

Catéter angiográfico SUPER TORQUE® MB (con bandas del marcador)
(referencias 532598A, 532598B, 532598C, SRD6875MB y SRD7040MB)

FINALIDAD PREVISTA

Los catéteres angiográficos de Cordis con bandas del marcador están diseñados para proporcionar una visualización angiográfica y una medición lineal de la vasculatura cuando se combinan con la administración de medios de contraste radiopacos en ubicaciones determinadas del aparato circulatorio.

FABRICANTE

Cordis Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Cardinal Health Spain S.L, Avda de Europa 14, 1º, Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinadas referencias del catéter angiográfico SUPER TORQUE® MB (con bandas del marcador) debido a la posibilidad de que las bandas del marcador se muevan o se desplacen cuando el catéter se utilice de forma que pueda dar lugar a la compresión del mismo entre los dispositivos endovasculares y la pared del vaso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C 4 3 L 7 5 6 4 F 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89