MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-474	PS/MTM/71339

PRODUCTO
Catéter guía MIVI Super 90, referencias MIA-9080S-E, MIA-9090S-E, MIA-9095S-E

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
MIVI Neuroscience, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Angionautix, Paseo de la Castellana 95, pl. 29, 28046 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del catéter guía MIVI Super 90, debido a un problema en la bolsa termosellada que lo contiene, por lo que no se puede garantizar la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota de aviso del distribuidor

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y 5 L 2 Z R K 5 0 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89