MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2021-477 | PS/JMP/71749 |

**PRODUCTO**

| Código de producto | Descripción | Código de producto | Descripción |
|---|---|---|---|
| 781341<br>781396 | Ingenia 1.5T | 781342<br>781377 | Ingenia 3.0T |
| 781315 | Ingenia 1.5T Evolution | 781358 | Ingenia Elition X |
| 781347 | Ingenia 1.5T S | 781271 | Ingenia 3.0T CX |
| 781261<br>781262 | Ingenia 1.5T CX | 781270 | SmartPath to dStream for XR y 3.0T |
| 781260 | SmartPath to dStream for 1.5T | 781356 | Ingenia Ambition X |

**FINALIDAD PREVISTA**

Sistemas de resonancia magnética

**FABRICANTE**

Philips Medical Systems Nederland B.V, Holanda.

**DISTRIBUIDOR**

Philips Ibérica, S.A.U. C/María de Portugal, 1. 28050 Madrid

**ASUNTO**

Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de resonancia magnética fabricados por Philips Medical Systems, debido a que el movimiento del tablero hacia fuera podría bloquearse cuando se utiliza sólo el modo manual para moverlo, dando lugar a un posible retraso en la evacuación de los pacientes.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 24/08/2021**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: N 3 D 6 7 B E 4 8 B**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89