DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-479	PS/MTM/71093
PRODUCTO Monitores GlideScope® Go™, distribuidos entre el 31 de agosto de 2017 y el 23 de marzo de 2021	
Nº SERIE La empresa indicará a cada centro en el apéndice 1 de su nota de aviso los nºs serie afectado	
FABRICANTE Verathon Medical ULC., Canadá.	
DISTRIBUIDOR Verathon Medical (Europe) B.V., Willem Fenengastraat 13, Holanda.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores GlideScope® Go™, debido a la posibilidad de que no cumplan la clasificación IP67 por lo que podría entrar líquido en el monitor y ocasionar daños que podrían afectar a su funcionamiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z 3 J S B V C D F F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89