MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-481	PS/CGG/71465

PRODUCTO
Aguja de aspiración de médula ósea/intraósea Illinois, referencia TIN3015

Nº LOTE
Todos los lotes producidos desde julio de 2016. Ver lotes afectados en la herramienta en línea que se indica en la nota de aviso.

FABRICANTE
Carefusion, EE UU

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, CP 28750 – San Agustín del Guadalix (Madrid)

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de la aguja de aspiración de médula ósea/intraóseas Illinois, referencia TIN3015, debido a que el protector de la aguja podría soltarse dentro del envase pudiendo perforarlo y comprometer la barrera estéril, y/o causar un pinchazo al usuario si no se advierte que la aguja esta expuesta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 R Q F R 2 7 3 F 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89