MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-485	PS/SGS/71817

PRODUCTO

- Atlan A300 (ref.8621300)
- Atlan A300XL (ref.8621400)
- Atlan A350 (ref.8621500)
- Atlan A350XL (ref.8621600)

FINALIDAD PREVISTA

Administración de anestesia inhalatoria y/o la ventilación del paciente durante intervenciones quirúrgicas o diagnósticas.

VERSION SOFTWARE

SW1.01 Build 63421

FABRICANTE

Dräger Medical GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Dräger Medical Hispania, S.A.U. C/ Xauradó 5, 28034 Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con las estaciones de anestesia Atlan A300, A300XL, A350 y A350XL, con versión de software SW1.01 Build 63421, debido a que, en determinadas circunstancias, podrían aparecer artefactos en las curvas de presión y flujo, que pueden dar lugar a decisiones terapéuticas inadecuadas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/08/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X Q G 9 B 5 7 A E 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89